

가. 용기 등의 기재사항

1. 수입자의 상호 및 주소: (주)신흥, 서울 중구 청파로 450
2. 제조회(제조국, 제조회사명) :
제조의뢰자: Hu-Friedy Mfg. Co., LLC(미국)
제조사: Henke-Sass Wolf GmbH (독일)
3. 허가(인증)번호 및 명칭
인증번호 : 서울 수신 12-2151 호
품목명 : 흡인용튜브.카테터
모델명 : PTIST Aqua-Fix Tip
4. 제조회번호, 제조회월: 제조회 표시사항 참조
5. 중량 또는 포장단위: 제조회의 포장단위에 따름
6. 본 제품은 의료기기임
7. 이 제품의 첨부문서는 수입자인 (주)신흥 홈페이지 내 쿼메뉴 "전자첨부문서"에서 제공됨.
홈페이지 주소: www.shinhung.co.kr

의료기기

나. 첨부문서의 기재사항

1. 수입자의 상호 및 주소: (주)신흥, 서울 중구 청파로 450
2. 제조회(제조국, 제조회사명) :
제조의뢰자: Hu-Friedy Mfg. Co., LLC(미국)
제조사: Henke-Sass Wolf GmbH (독일)
3. 허가(인증)번호 및 명칭
인증번호 : 서울 수신 12-2151 호
품목명 : 흡인용튜브.카테터
모델명 : PTIST Aqua-Fix Tip

4. 중량 또는 포장단위: 제조회의 포장단위에 따름
5. 본 제품은 의료기기임
6. 사용방법 및 사용시 주의사항:

사용 방법

가. 사용 전 준비사항

사용 전, 멸균 후 사용한다.

기구보관용 케이스인 카세트에서 기구를 꺼낸다.

치과 전문가만이 사용할 수 있도록 되어 있다.

나. 사용방법

기구에 석션 튜브를 연결 후 시술부위에서 나오는 타액이나 혈액 등의 이물질을 흡입한다.

다. 사용 후 보관 및 관리 방법

기구 보관용 케이스인 카세트에 넣어 멸균 후 보관한다. (Auto Clave 에서 121℃ 20 분 또는 132℃ 5 분)

습기가 없는 곳에 보관한다.

권장된 화학물질만을 사용한다.

177℃ 이상 가열하지 않는다.

페놀로 소독하지 않는다.

라. 사용 기한

해당사항 없음.

사용시 주의사항

시술 후 깨끗이 소독하여 보관한다.

7. 제품의 사용목적 :

재주입을 목적으로 하지 않고 액상 또는 반고체의 물질을 흡인하는 튜브·카테터

8. 보관 및 관리방법

-

9. 사용기간

-

10. 부작용 보고 관련 문의처 : 한국의료기기안전정보원 080-080-4183

작성연월: 2024.08.31(rev 01)

다. 모델목록

(1) PTIST Aqua-Fix Tip